2009 年 1 月 30 日　（第 1 版）

医療機器承認番号　20700BZY00701000 号

機械器具 32 医療用吸引器　管理医療機器　電動式低圧吸引器　JMDN コード 34860020

内視鏡用吸引器 KV-4

（フィルターチューブ MH-479）

【禁忌・禁止】

適用対象

【使用目的、効能又は効果】に示した目的以外には使用しないこと。

使用方法

使用に先立ち、必ず本添付文書、KV-4 の『取扱説明書』および同時に使用する機器の『添付文書』や『取扱説明書』を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

構成

本製品（フィルターチューブ MH-479）は内視鏡用吸引器 KV-4 の構成品である。本添付文書ではフィルターチューブ MH-479 について扱う。

材質　　：　　シリコン



【使用目的、効能又は効果】

使用目的

本製品（フィルターチューブ MH-479）は、フィルターとボトルキャップの上のフィルター側パイプに接続し、ボトル内部を減圧することを目的とする。

【操作方法又は使用方法等】

1.点検

製品の外観を点検すること。

2.接続

(1)本製品（フィルターチューブ MH-479）の片側をボトルキャップ上のフィルター側パイプに接続すること。

(2)フィルターの OLYMPUS マークが付いている側に、本製品（フィルターチューブ MH-479）の片側を接続すること。フィルターチューブがフィルターの奥まで挿入されていることを確認すること。

詳細は KV-4 の『取扱説明書』の「準備」を参照のこと。

【使用上の注意】

禁忌・禁止

一般的事項

・本添付文書および KV-4 の『取扱説明書』には、本製品（フィルターチューブ MH-479）を安全かつ効果的に使用するうえで必要不可欠な情報が盛り込まれている。使用に先立ち、必ず本添付文書と KV-4 の『取扱説明書』および同時に使用する機器の『添付文書』と『取扱説明書』を熟読し、その内容を十分に理解し、その指示に従って使用すること。本添付文書と KV-4 の『取扱説明書』および同時に使用する機器の『添付文書』と『取扱説明書』は、すぐに読める場所に保管すること。

・本製品（フィルターチューブ MH-479）の使用前に外観の点検を行い、異常が無いことを確認すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.**貯蔵・保管方法**

KV-4 の『取扱説明書』の「手入れと保管」を参照すること。

2.**耐用期間**

本製品（フィルターチューブ MH-479）は、消耗品（修理不可）である。本添付文書や KV-4 の『取扱説明書』に示す使用前点検および定期点検を実施し、点検結果により必要であれば新品と交換すること。

【包装】

1 本／単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒192-8507 東京都八王子市石川町 2951

TEL 0120-417149

外国製造元：

キーメッド社（Key Med Limited）

国名：イギリス

販売元（問い合わせ先）：

オリンパスメディカルシステムズ株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

TEL 0120-417149

KV-4 の取扱説明書を必ずご参照ください。

KV-4 の取扱説明書を必ずご参照ください。

©2009 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. All rights reserved.

GT4760 01

Printed in Japan 20090130 *0000